

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ

PROGRAMA DE ACCESO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – PACES PRÉSTAMO: BIRF 8701-CO

SDC N° 016 de 2019 Adquirir Ultracongelador vertical

Documento de aclaraciones No. 001

Se expide el siguiente documento con el fin de dar respuesta a inquietudes presentadas sobre el proceso:

Aclaración No. 1:

La capacidad requerida es de 338 litros. El modelo con el que contamos tiene una capacidad de 651 litros y unas medidas externas de 197.9 x 103.6 x 98.8cm (alto x ancho x fondo).
¿Aceptarían recibir oferta con esta capacidad y dimensiones?

Respuesta:

NO es posible dimensiones más grandes, debido a que no hay capacidad locativa.

Aclaración No. 2:

Solicitan a 220V y el equipo disponible es a 120V. ¿Aceptarían con requerimiento eléctrico a 120V?

Respuesta:

Si se acepta requerimiento eléctrico de 120V

Aclaración No. 3:

Requieren con los cajones o racks internos, junto con las criocajas que completen la capacidad del ultra, pero como son accesorios, por lo general no se tienen en su totalidad para la capacidad completa del equipo. ¿Dentro de los términos de la invitación aceptarían ustedes la posibilidad de entrega del equipo dentro de los 30 días y los accesorios dentro de un tiempo de entrega a 60 días?

Respuesta:

El plazo de entrega estimado para este equipo es de 30 días, se acepta ampliación del tiempo, el plazo máximo para entrega de todo será de 60 días, si se tiene la capacidad de entrega antes de este plazo se puede recibir.

Aclaración No. 4:

Deseamos consultar si las cajas para crioviales de 2.0 ml las requieren en fibra de cartón o en plástico policarbonato.

Respuesta:

Se pueden ofertar cualquiera de las dos opciones.

Aclaración No. 5:

Para mayor claridad, ¿los crioviales no están siendo requeridos?

Respuesta:

Si se requieren y estos deben completar la capacidad del equipo ofrecido

Aclaración No. 6:

Tiempo de entrega: Máximo 30 días

Solicitamos a la entidad ampliar el plazo de ejecución a por lo menos 60 días, esto debido a que el equipo solicitado, debido a su volumen generalmente no se mantiene en stock, por lo cual requiere un proceso de importación y nacionalización de alrededor de 60 – 90 días.

Respuesta:

Se acepta ampliación del tiempo, el plazo máximo para entrega será de 60 días

Aclaración No. 7:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 2 puertas internas: Solicitamos a la entidad permitir equipo con 4 puertas internas, lo cual mejoraría las especificaciones del equipo.

Respuesta:

Se acepta la solicitud de para 4 puertas internas

Aclaración No. 8:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

220 V: Sugerimos a la entidad permitir también equipo con voltaje de alimentación de 120V debido a que esta es la conexión que comúnmente tienen los laboratorios, por lo cual, con una conexión a 220V se requerirían unas adecuaciones eléctricas adicionales en el laboratorio.

Respuesta:

Se acepta la solicitud de permitir equipo con voltaje de alimentación de 120V

Atentamente,

Susana Fiorentino
Directora Científica
Programa GAT

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá: 15 de noviembre de 2019