

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ

PROGRAMA DE ACCESO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – PACES PRÉSTAMO: BIRF 8701-CO

SDC N° 034 de 2020

Adquisición de Material de vidrio y fungible para Laboratorio

Documento de aclaraciones No. 001

Se expide el siguiente documento con el fin de dar respuesta a inquietudes presentadas sobre el proceso:

Aclaración No. 1:

Agradezco nos puedan indicar si para la solicitud de cotización simplificada No. 034 adjunta, en el ítem 1, tubos para citometría de flujo, ¿los requieren con tapa o sin tapa?.

Respuesta:

Para el producto “5 ml polystyrene round-bottom tube 12x75 mm style para citometria de flujo” se requieren sin tapa

Atentamente,

Dra. SUSANA FIORENTINO PhD.
Directora Científica Programa GAT
Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá: 28 de febrero de 2020