

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ

PROGRAMA DE ACCESO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – PACES PRÉSTAMO: BIRF 8701-CO

SDC N° 003 de 2019 **Adquisición de Material de vidrio y fungible para laboratorio**

Documento de aclaraciones No. 001

Se expide el siguiente documento con el fin de dar respuesta a inquietudes presentadas sobre el proceso:

Aclaración No. 1:

En aras de permitir la pluralidad de oferentes solicitamos a ustedes se acepten unidades de medida diferentes a las solicitadas que cumplan con las cantidades requeridas en la invitación 003. Tener presente que la modificación de las unidades de medida no afectaría en lo más mínimo las especificaciones técnicas de exigidas en la invitación.

Respuesta:

Se aceptarán unidades de medida diferentes a las solicitadas solamente si no modifican las cantidades requeridas según la presentación determinada en los TdR y por ningún motivo podrán modificar la especificación técnica del producto solicitado

Aclaración No. 2:

Cuando la presentación por caja de la marca de mi portafolio no coincide con la solicitada, cotizo unidades por debajo o por encima las cantidades.

Respuesta:

En este caso se cotizarán unidades por encima registrando el valor por unidad del producto.

Aclaración No. 3:

2. Los ítems 146 -147- 148

146	Rack para puntas con tapa. Autoclavable de polipropileno	Caja	2- 200 ul. Libre de DNase y RNase
147	Rack para puntas con tapa. Autoclavable de polipropileno	Caja	50-1000 ul. Libre de DNase y RNase
148	Rack para puntas con tapa. Autoclavable de polipropileno	Caja	0,1-10 ul. Libre de DNase y RNase

la palabra caja se refiere a caja por X10 rack? ¿O a 5 Rack?

Respuesta:

La presentación de caja se determina por 10 Rack

Aclaración No. 4:

De acuerdo al documento de Solicitud de cotización para el proceso de la referencia, amablemente solicitamos a la Universidad aclaración respecto del siguiente punto:

1. En el formulario de cotización, se encuentra la anotación:

NOTA: No se debe modificar las columnas de “No de Ítem, Unidad, Descripción y Cant”. Sólo se deben diligenciar las columnas “Precio Unitario, Precio Total, IVA y Especificaciones Técnicas”

Sin embargo, teniendo en cuenta que el oferente podrá cotizar únicamente los ítems que esté interesado, creemos necesario diligenciar las columnas de No. De Ítem, Descripción y Cantidad, de esta forma se especifica claramente cuáles son los ítems ofertados. Cordialmente solicitamos aclarar cómo se podrían diligenciar estas casillas y el formulario

en general, para evitar omitir cualquier información que pueda afectar el proceso de cotización.

Respuesta:

La nota hace referencia a que los campos de **Ítem, Unidad, Descripción y Cantidad** no se deben modificar en relación a lo expresado en **sección II** la lista de cantidades, en ese orden de ideas el oferente deberá diligenciar todos los campos del formato, pero los campos anteriormente mencionados se deberán registrar exactamente igual a como están descritos en la **sección II**

Aclaración No. 5:

Por favor, infórmenos:

Del ítem.

84 y 85: Que capacidad deben tener las micropipetas?

84	Paquete x 2	Micropipeta de alto rendimiento
85	Paquete x 2	Micropipeta de alto rendimiento

Respuesta:

84 - Micropipeta de alto rendimiento 1 Paquete x 2
Acura® manual 826 TwiXS pack (2-20 uL y 10-100 uL)

85 - Micropipeta de alto rendimiento 1 Paquete x 2
Acura® manual 826 TwiXS pack (0,1-2 ul y 200-1000 ul)

Aclaración No. 6:

86: De cuantos canales debe ser la Micropipeta?

86	Unidad	Micropipeta multicanal 10-200 ul
----	--------	----------------------------------

Respuesta:

Micropipeta multicanal 10-200 ul de 12 canales

Atentamente,

Susana Fiorentino
Directora Científica
Programa GAT

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá: 04 de septiembre de 2019