

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ

**PROGRAMA DE ACCESO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR –
PACES**

PRÉSTAMO: BIRF 8701-CO

SDC N° 123 de 2021

Adquisición de medidor multiskan para análisis de suelos

Documento de aclaraciones No. 001

Se expide el siguiente documento con el fin de dar respuesta a inquietudes presentadas sobre el proceso:

Aclaración No. 1:

¿Qué tipo de opción de lectura requieren?, el equipo puede tener la opción de lectura solamente arriba o arriba y abajo?

Respuesta:

Para el equipo solicitado la lectura que se requiere es arriba y abajo.


Aclaración No. 2:

¿Qué cantidad de dispensadores?

Respuesta:

Ninguno, con la probabilidad de que se puedan instalar hasta 2 en el equipo, posteriormente

Atentamente,



Dra. SUSANA FIORENTINO PhD.
Directora Científica Programa GAT
Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá: 06 de agosto de 2021