

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ

**PROGRAMA DE ACCESO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR –
PACES
PRÉSTAMO: BIRF 8701-CO**

SDC N° 203 de 2022

Adquirir elementos de separación de metabolitos 2do bimestre

Documento de aclaraciones No. 001

Se expide el siguiente documento con el fin de dar respuesta a inquietudes presentadas sobre el proceso.

Aclaración No. 1:

Ítem 3: Se debe ofertar la micropipeta con las puntas?, nuestros productos vienen por separado micropipeta y puntas.

Item 10 y 11: Estas membranas son hidrofílicas o hidrofóbicas?

Item 4: cuando hicieron el estudio de mercado solicitaron un rack para puntas de 0.1 – 10uL pero en el proceso el ítem 4 indica 0.1 a 100 uL, ¿cuál es el correcto?


Respuesta:

Ítem 3: NO: solo la micropipeta.

Item 4: El correcto sería 0.1 a 10 uL

Item 10 y 11: Confirmando que las membranas de ambos ítems serían hidrofílicas

Atentamente,



Dra. SUSANA FIORENTINO PhD.
Directora Científica Programa GAT
Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá: 12 de septiembre de 2022