

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ

**PROGRAMA DE ACCESO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR –
PACES
PRÉSTAMO: BIRF 8701-CO**

SDC N° 203 de 2022

Adquirir elementos de separación de metabolitos 2do bimestre

Documento de aclaraciones No. 002

Se expide el siguiente documento con el fin de dar respuesta a inquietudes presentadas sobre el proceso.

Aclaración No. 1:

Para el ítem 3, solicitan una micropipeta de 12 canales digital y autoclavable. Si la micropipeta es electrónica(digital), esta no puede ser autoclavable, ya que al estar a altas temperaturas se dañará.

Respuesta:

Micropipeta 12 canales: Si la micropipeta es electrónica(digital), esta no puede ser autoclavable, ya que al estar a altas temperaturas se dañará.

Atentamente,



Dra. SUSANA FIORENTINO PhD.
Directora Científica Programa GAT
Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, 22 de septiembre de 2022